CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Ne pas utiliser si l'animal est sous **traitement photosensibilisant** ou est atteint d'une affection pouvant causer une **photosensibilité**.

Le hublot LED peut devenir **brûlant** en cours d'utilisation - ne pas utiliser en présence de gaz inflammables; ne mettez pas la lentille de la lampe active en contact avec votre peau ou celle de l'animal. Si la lampe est utilisée à une température ambiante supérieure à 30°C, prévoyez une pause de 60 secondes avant de débuter un second cycle.
Si la température atteint le seuil de danger paramétré, les capteurs thermiques éteindront automatiquement l'appareil.

Comme pour n'importe quel appareil électronique, veillez à préserver le bon état de la lampe en n'utilisant que des **pièces et accessoires** agréés et en l'éloignant à 30 cm minimum de toute **source radio** puissante et de tout **appareillage électronique** sensible.

Si la lampe est déplacée d'un endroit froid vers un local chaud et humide, la **condensation** interne risque de l'endommager. Assurez-vous que la lampe est à température ambiante avant de l'allumer.

Il est interdit d'apporter des modifications ou des réparations à la lampe - contactez votre représentant Vetoquinol en cas de **dysfonctionnement** potentiel ou si une **réparation** s'impose.
La lampe émet des **signaux sonores** :
- Au début et à la fin d'un cycle d'illumination
- Lorsque les piles rechargeables sont épuisées
- En cas de surchauffe
- Au début et à la fin d'un cycle de charge

La lampe est fournie avec des **piles rechargeables**.
L'état de la batterie est indiqué par un **voyant** :
- Vert continu = charge complète, capacité équivalant à 25 cycles
- Vert clignotant = moins de 50%, capacité équivalant à moins de 12 cycles
- Jaune clignotant = recharge requise, capacité équivalant à moins de 4 cycles

Un voyant jaune fixe durant la charge signifie que la capacité est suffisante pour 1 cycle minimum. **Le témoin de durée/niveau de batterie** s'affiche sous la forme de 5 barrettes lumineuses blanches. Durant la charge, chaque barrette représente 20% de la capacité des piles rechargeables. En cours d'utilisation, chaque barrette représente 24 secondes.

Mode d'emploi détaillé :

Lampe LED Phovia®

Gel Phovia®

V2108/151

PHOVIA
Le pouvoir de la lumière

MODE D'EMPLOI

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

PHOVIA
Le pouvoir de la lumière

MODE D'EMPLOI

2 MINUTES PAR SÉANCE
2 SÉANCES SUCCESSIVES
OU 2 SÉANCES PAR SEMAINE
À RÉPÉTER CHAQUE SEMAINE

1 contrôler

La lampe
La lampe est-elle suffisamment chargée, le voyant est-il bien vert ou jaune ?
Le gel
Le gel porteur est transparent, le gel aux chromophores est orange vif. Conservez les ampoules de gel aux chromophores dans leur emballage jusqu'à leur utilisation !

2 mélanger

Portez des **gants**.
Mélangez le gel aux chromophores orange et le gel porteur à la spatule.
Recouvrez le gel tant que vous ne l'utilisez pas.
Attention ! Une fois mélangé, le gel doit être utilisé le plus rapidement possible.

3 nettoyer

Rasez et nettoyez la peau.
Enlevez les derniers résidus sales avec un tampon de gaze imbibé de sérum physiologique stérile.

4 appliquer

Utilisez la spatule pour appliquer une couche de gel de **2 mm** environ.
Couvrez toute la zone à traiter.



5 illuminer

Toutes les personnes présentes doivent porter des **lunettes de sécurité** et l'animal doit regarder à l'opposé de la lumière.
Tenez la lampe le plus près possible de la peau sans toutefois toucher le gel.
Appuyez sur le bouton **START/STOP** – un signal sonore indique le début de l'illumination.
2 minutes sont décomptées - chaque barrette blanche du témoin de durée/niveau de batterie représente 24 secondes. Un signal sonore indique la fin du cycle.
La lumière LED **s'éteint automatiquement**.

6 nettoyer

Enlevez le gel avec un tampon de gaze imbibé de sérum physiologique stérile.